

کد: PR-PH-46	 عنوان روش اجرایی:	
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱	روش اجرایی نحوه رهگیری	
تاریخ بازنگری: یکسال بعد	وسایل و تجهیزات استریل بکار	
تعداد صفحه: ۱	رفته بیمار	
ابزار و روش پایش:	هدف: ردیابی وسایل استریل که جهت بیمار بکار رفته	دامنه (محدوده): کلیه بخش های درمانی - CSR
تعاریف: نحوه رهگیری وسایل استریل بکار رفته		
مسئولیت ها و اختیارات: مسئول استریلیزاسیون - پرسنل واحد به منظور مراقبت از ابزار- سوپروایزر کنترل عفونت		
روش اجرایی:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>۱- پرسنل CSR برای بایگانی و ردیابی فرایند استریل شدن برچسب هایی را بر روی بسته ها می زند که روی آن اطلاعات مربوط به فرد استریل کننده بر روی آن ثبت شده است .</li> <li>۲- داخل بسته قبل از استریل اندیکاتور توسط پرسنل CSR قرار داده می شود که پس از استریل و باز شدن بسته این اندیکاتور که تغییر رنگ داده در فرم مخصوص (در بخشها) پرونده بیمار و در اتاق عمل بر روی فرم شرح عمل چسبانیده می شود.</li> <li>۳- در صورتی که بیمار عفونت ثانویه بعد از عمل داشت از طریق اندیکاتور هایی که الصاق شده توسط سوپروایزر کنترل عفونت مورد پیگیری قرار می گیرد که منشا عفونت بیمار از بسته های استریل بوده یا خیر.</li> <li>۴-</li> </ol>		
منابع/مراجع:		
مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه		
نام و سمت تصویب کننده:  دکتر قهرمان بمانا-ریاست	نام و سمت تأیید کننده:  عبدالعظیم جوکار-مدیر بیمارستان دکتر حشمت شاکری-متخصص عفونی	نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان: عباس قیومی زاده-سرپرستار اتاق عمل منصور عباس زاده-مسئول استریلیزاسیون