

<p>کد: PR-PCSM-59</p> <p>تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱</p> <p>تاریخ بازنگری: یکسال بعد</p> <p>تعداد صفحه: ۱</p>	<p>عنوان روش اجرایی:</p> <p>روش اجرایی نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش ها</p>	 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم</p> <p>مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبود کیفیت</p>
<p>ابزار و روش پایش:</p>	<p>هدف: مشخص شدن جواب های نرمال از غیر نرمال و تعیین واحدهای آزمایشات</p>	<p>دامنه (محدوده): کلیه بخشهای درمانی</p>
<p>تعاریف: ندارد</p>		
<p>مسئولیت ها و اختیارات: سوپروایزر - مسئولین بخشها</p>		
<p>روش اجرایی:</p>		
<p><u>تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه بیمارستان:</u></p> <p>۱-مسئول فنی برچگونگی تعیین و تغییر محدوده پارامترها نظارت می کند .</p> <p>۲-محدوده مرجع آزمایشات مختلف را از طریق منابع رفرانس و یا از طریق بروشورهای کیت های موجود در آزمایشگاه تعیین می نماید .</p> <p>۳-در صورت تعویض کیت و متفاوت بودن محدوده مرجع کیت جدید با محدوده مرجع قبلی ، محدوده مرجع را بر اساس کیت جدید تغییر می دهد .</p> <p>۴-مسئول IT بیمارستان محدوده های مرجع را در سیستم HIS ثبت می نماید .</p> <p>۵-پس از ثبت محدوده های مرجع ، از موارد ثبت شده در سیستم HIS پرینت می گیرد .</p> <p>۶-مسئول فنی صحت ورود اطلاعات به سیستم HIS را مورد بررسی قرار می دهد و آن ها را تایید می نماید .</p> <p><u>*تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آزمایشگاه ارجاع :</u></p> <p>-مسئول فنی آزمایشگاه ارجاع به طریق فوق بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش های مختلف در آن آزمایشگاه نظارت دارد و به دلیل اینکه قبل از اینکه با آزمایشگاه ارجاع قرارداد منعقد گردد ، آن آزمایشگاه از طرف اداره امور آزمایشگاه ها مورد تایید قرار گرفته است ، به محدوده مرجع آزمایش های صورت گرفته در آزمایشگاه ارجاع اطمینان صورت می پذیرد .</p>		
<p>منابع/مراجع: الزامات داخلی آزمایشگاه مطابق با دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت</p>		
<p>مستندات مرتبط : مستندات.مشاهده.مصاحبه</p>		
<p>نام و سمت تصویب کننده: دکتر قهرمان بمانا- ریاست</p>	<p>نام و سمت تأیید کننده: مدیریت بیمارستان : عبدالعظیم جوکار مسئول فنی آزمایشگاه : دکتر فرهنگ هوشمند</p>	<p>نام و سمت تهیه کننده/تهیه کنندگان: مسئول آزمایشگاه : فردین یابنده پرسنل آزمایشگاه : رؤیا فرزین پور</p>